



Nr ref 14/PNP/SW/2020

Katowice dnia, 2020-05-05

## Wykonawcy

**ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na  
„Zakup niezbędnego sprzętu oraz środków do dezynfekcji dla SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta  
Grzegorza Załogi celem leczenia i diagnostyki pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-  
CoV-2” – zakup środka transportu dla chorych z podejrzeniem COVID-19 (karetka wraz z wyposażeniem)”**

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019 poz.1843) w poniższej tabeli udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
Zestaw 1		
1.	<p>Chcielibyśmy zaproponować Państwu ambulans zdecydowanie wyróżniający się m.in. ilością miejsca w schowku technicznym, który umożliwi umieszczenie poniższego sprzętu :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami</li><li>krzeselka kardiologicznego, także z systemem płozowym</li><li>noszy podbierakowych</li><li>deski ortopedycznej dla dorosłych</li><li>deski ortopedycznej dla dzieci</li><li>materaca próżniowego</li><li>szyn typu Kramer</li><li>kamizelki unieruchamiającej typu KED</li><li>kasków ochronnych</li><li>torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego,</li><li>pojemnika reimplantacyjnego</li><li>pasów do desek, krzeselka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę,</li></ul> <p>Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie schowka technicznego o przedstawionej funkcjonalności.</p>	Tak. Zamawiający dopuszcza.
2.	Czy Zamawiający dopuści ambulans z normą emisji spalin euro 6?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
3.	<p>Czy Zamawiający dopuści ambulans zgodny z PN EN 1789 + A2: 2015, w którym system ogrzewania przedziału medycznego oparty jest o powietrzny agregat grzewczy p mocy 5,5 kW oraz system sterowania ogrzewaniem, klimatyzacją oraz wentylacją, umożliwiający zadanie oraz automatyczne utrzymywanie temperatury?</p> <p>Istnieje możliwość wyprodukowania ambulansu na bazie pojazdu Mercedes Benz, z silnikiem V6 o mocy 190KM, który to pojazd spełnia wszystkie parametry opisane w SIWZ, jednakże wymogiem bezwzględny jest podwyższona dopuszczalna masa całkowita pojazdu do min. 3,88t, co pozwoli na zaoferowanie ambulansu bezpiecznego, nieprzeważonego, zgodnego z dokumentacją w tym homologacją oraz dowodem rejestracyjnym.</p> <p>W związku z powyższym prosimy o rezygnację z nagrzewnicy wodnej, montowanej w przedziale medycznym, co pozwoli na</p>	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	złożenie ważnej oferty w postępowaniu.	
4.	Zamawiający wymaga zaoferowania fotela obrotowego, montowanego u wezglowia noszy, umożliwiającego obrót o 360 stopni, a także przejścia pomiędzy przedziałem medycznym a kabiną kierowcy, zgodnego z PN EN 1789. Dodatkowo wykonawca winien zaoferować panel sterujący, informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy. Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający istotnie wymaga systemu, który w przypadku niedomkniętych drzwi w ścianie działowej lub zwyczajnie w przypadku jego awarii, spowoduje unieruchomienie ambulansu?	Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie wiersza nr 16 pierwotnego ppktu c)
5.	Czy Zamawiający dopuści panel sterujący informujący kierowcę o niezamkniętych drzwiach w ścianie działowej, który w przypadku niedomkniętych drzwi nie spowoduje unieruchomienia ambulansu? Rozwiązanie zgodne z obowiązującymi przepisami w tym normą PN EN 1789?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
6.	Prosimy o informację w jakim celu fotel montowany u wezglowia winien umożliwiać obrót o kąt 360 stopni.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Ze względu na ergonomię pracy ratowników medycznych.
7.	Czy z uwagi na konieczność trwałego oddzielenia kabiny kierowcy od przedziału medycznego poprzez np. zamknięcie drzwi w ścianie działowej podczas jazdy ambulansem, Zamawiający dopuści fotel montowany w przedziale medycznym, u wezglowia noszy, umożliwiający obrót o kąt 90 stopni, co gwarantuje bezproblemowe przemieszczanie się między przedziałami jak i zajęcie bezpiecznej pozycji podczas jazdy oraz wykonywanie czynności medycznych?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
8.	Dotyczy punkty IV ppkt. 22 załącznika nr 1 do SIWZ Czy Zamawiający dopuści możliwość sterowania z koła kierownicy wyłącznie sygnalizacją dźwiękową, oraz sygnalizacją dodatkową (pneumatyczną) poprzez specjalny wyłącznik uruchamiany stopą? Włączenie sygnalizacji świetlnej odbywa się zarówno na panelu głównym jak i panelu pomocniczym, które zamontowane są na desce rozdzielczej w łatwo dostępnym miejscu dla Kierowcy.	Tak. Zamawiający dopuszcza.
9.	Dotyczy §1 pkt 1 Wzoru Umowy Prosimy o doprecyzowanie, czy przedmiotem postępowania jest ambulans fabrycznie nowy, czy używany tj. np. demonstracyjny?	Zamawiający informuje iż dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez jednoznaczne wskazanie w załącznikach do SIWZ iż wymaga dostawy ambulansu wyprodukowanego w roku 2019 lub 2020 fabrycznie nowego
10.	Dotyczy §2 pkt 1 Wzoru Umowy Prosimy o uszczegółowienie w jakim terminie Zamawiający wymaga realizacji dostawy.	Zamawiający wymaga dostawy pojazdu zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym jednakże nie dłuższym niż 45 dni od dnia zawarcia umowy.
11.	Dotyczy §2 pkt 2 Wzoru Umowy Z uwagi na aktualne warunki atmosferyczne, chcielibyśmy zapytać, czy nie doszło do omyłki pisarskiej podczas określania wymogu dotyczącego rodzaju opon. W obecnym stanie zamawiający praktycznie natychmiast po dostawie będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane z wymianą opon.	Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów załącznika nr 2 do SIWZ – wzór umowy w zakresie § 2 pkt 2 zdanie drugie które otrzymuje brzmienie „W dniu dostawy stan baku Pojazdu ma przekraczać tzw. rezerwę (światło rezerwy nie może być zapalone) i Pojazd ma mieć założone ogumienie <b>letnie</b> .”
12.	Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania ambulansu zarejestrowanego?	Zamawiający w związku z wymogiem zaoferowania pojazdu fabrycznie nowego nie wymaga jest zarejestrowanie pojazdu.
13.	Prosimy o informację o jakim badaniu technicznym mowa w §2 pkt. 3 ppkt 5) a)? Jeśli wykonawca posiada aktualną calopojazdową homologację WE to na jej podstawie ambulans winien zostać zarejestrowany a wspomniane badanie jest absolutnie do niczego	W przypadku posiadania aktualnej calopojazdowej homologacji WE zamawiający nie będzie wymagał zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego Pojazdu.



Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	niepotrzebne.	
14.	Prosimy o uszczegółowienie wymogów opisanych w §2 pkt. 3 ppkt 5. Jakich dokumentów będzie wymagał zamawiający?	Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów załącznika nr 2 do SIWZ – wzór umowy w zakresie § 2 pkt 3 ppkt 5 poprzez usunięcie zapisów litery e.
15.	<p>Prosimy o uwzględnienie poniższych zapisów we wzorze umowy:</p> <p>Strony zgodnie oświadczają, że zawierają niniejszą umowę z pełną świadomością ogłoszonego na terenie RP w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii i poprzedzającego go stanu zagrożenia epidemiologicznego niemniej jednak postanawiają, że w razie wystąpienia okoliczności noszących znamiona siły wyższej (w tym m.in. strajku generalnego, kwarantanny, zamknięcia zakładów produkcyjnych w związku z epidemią), tj. zdarzeń, których skutków i wpływu na wykonanie umowy nie dało się przewidzieć, a które znacząco wpływają na możliwość terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca może żądać od Zamawiającego:</p> <p>a) odpowiedniego przedłużenia terminu wykonania umowy, b) w razie gdy wskazane okoliczności uniemożliwią wykonanie przedmiotu zamówienia w ogóle, do odstąpienia od umowy - odstąpienie od umowy w tym trybie nie będzie się wiązało z koniecznością poniesienia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez Wykonawcę, c) w razie gdy w/w okoliczności doprowadzą do znaczącego zwiększenia kosztów produkcji, odpowiedniego zwiększenia ceny sprzedaży.</p> <p>Strony ustalają, że zdarzeniem, o którym mowa w ust. 1 mogą być następstwa związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający mając na uwadze zapisy art. 15r ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, informuje iż zmiany umowy o których mowa w zapytaniu będą możliwe na podstawie w/w przepisu.
Zestaw 2		
16.	Z uwagi na obecną sytuację związaną z wirusem COVID 19 prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 10 lipca.	Zamawiający informuje iż w kryteriach oceny ofert punktowany jest termin dostawy. W świetle powyższego Wykonawca zaoferuje termin liczony w dniach kalendarzowych co daje możliwość wykonania dostawy w terminie określonym w zapytaniu.
17.	Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe samochodu bazowego dotyczące np. wymian oleju, klocków, filtrów, itd. w okresie gwarancji mają być wliczone w cenę oferty – tzw. oryginalny pakiet serwisowy danego producenta (to może podnieść jej koszt o ok 10 tys.), czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty w ASO będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.	Tak. Zamawiający potwierdza iż przeglądy okresowe samochodu bazowego należy ująć w cenie pojazdu.
18.	Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe zabudowy medycznej, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.	Tak. Zamawiający potwierdza iż przeglądy okresowe zabudowy medycznej należy ująć w cenie pojazdu.
19.	Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe sprzętu medycznego, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i	Tak. Zamawiający potwierdza iż przeglądy okresowe sprzętu medycznego należy ująć w cenie pojazdu.



Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.	
20.	Prosimy o podanie szacunkowego rocznego przebiegu samochodu bazowego.	Zamawiający szacuje przebieg roczny na poziomie 20.000 km
21.	Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co zmniejszy koszt dostawy.	Tak. Zamawiający dopuszcza.
22.	Dotyczy OPZ V – Wyposażenie w środki łączności, pkt. 26 – Prosimy o potwierdzenie, iż radiotelefon nie jest częścią niniejszego postępowania.	Tak. Zamawiający potwierdza.
23.	Dotyczy OPZ V – Wyposażenie w środki łączności, pkt. 26 – Prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonu, który będzie przewożony w ambulansie, abyśmy mogli przygotować odpowiedni uchwyt.	Zamawiający informuje iż Kenwood NX 700
24.	Dotyczy OPZ V – Wyposażenie w środki łączności, pkt. 28 – prosimy o potwierdzenie, czy postępowanie obejmuje dostawę modułu GPS (teltonika)?	Moduł GPS jest po stronie Zamawiającego.
25.	Dotyczy OPZ V – Wyposażenie w środki łączności, pkt. 28 – Jeśli moduł GPS jest po stronie Zamawiającego prosimy o podanie marki i modelu modułu GPS (teltonika) jaki będzie montowany w tym samochodzie.	Zamawiający informuje iż montowany będzie moduł GPS marki Telefonica SM3300
26.	Dotyczy OPZ V – Wyposażenie w środki łączności, pkt. 28 – prosimy o podanie marki i modelu tabletu jaki będzie montowany w tym samochodzie.	Zamawiający informuje, iż tablet Dell Full Rugged Durabook R11
27.	Dotyczy OPZ V – Wyposażenie w środki łączności, pkt. 28 – prosimy o podanie marki i modelu drukarki jaki będzie montowany w tym samochodzie.	Zamawiający informuje, iż drukarka HP Officejet 100 Mobile L411
28.	Dotyczy OPZ – Prosimy o potwierdzenie, iż nosze nie są elementem postępowania	Zamawiający informuje iż przedmiotem zamówienia są m.in. nosze opisane w wierszu nr 45
29.	Dotyczy OPZ VI - Pozostałe elementy przedziału medycznego, pkt. 38 – Prosimy o potwierdzenie, iż uchwyty do sprzętu, tj. respirator, defibrylator i pompa infuzyjna nie są częścią postępowania.	Zamawiający informuje iż dostawa uchwytów jest po stronie Wykonawcy
30.	Dotyczy OPZ VI - Pozostałe elementy przedziału medycznego, pkt. 38 – Jeśli Zamawiający będzie wymagał zamontowania swoich uchwytów prosimy o potwierdzenie, iż dostarczy je do nas na swój koszt.	Nie. Zgodnie z powyższą odpowiedzią uchwyty dostarcza Wykonawca.
31.	Czy Zamawiający wymaga przetwornicy w ambulansie czyli dostępności prądu w gniazdach 230 V podczas jazdy?	Nie. Zamawiający nie wymaga
Zestaw 3		
32.	Dotyczy Pozostałe wyposażenie medyczne: Nosze główne z transporterem: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rozwiązanie, dla noszy z transporterem, w postaci automatycznego rozkładania podwozia przedniego przy wyjeździe z ambulansu, a składanie następuje automatycznie ze względów bezpieczeństwa po odblokowaniu dźwigni składania, uzna za równoważne do opisanych noszy?	Tak. Zamawiający uzna za równoważne.
33.	Dotyczy Pozostałe wyposażenie medyczne: Płachta ratownicza: W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Katowicach  
im. Sierżanta Grzegorza Załogi

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	dopuszcza nosze płachtowe europejskiego producenta, wykonane z łatwozmywalnego i dezynfekowanego materialu Pax-Plan w kolorze czerwonym, na brzegach wzmacnienia wykonane z taśmy, 8 uchwytów do przenoszenia, kieszeń na nogi stabilizująca pacjenta, rozmiar 200 cm x 80 cm, udźwig 150 kg, waga ok 1,5 kg, nosze są wykorzystywane w wielu pogotowiacz w całej Polsce?	
34.	Dotyczy Pozostałe wyposażenie medyczne: Płachta ratownicza: W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze płachtowe europejskiego producenta, wykonane z łatwozmywalnego i dezynfekowanego materialu Pax-Plan w kolorze czerwonym, na brzegach wzmacnienia wykonane z taśmy, dodatkowo wzmacnienia poprzeczne i podłużne, 14 uchwytów do przenoszenia, rozmiar 200 cm x 120 cm, udźwig 250 kg, waga ok 1,6 kg? <i>Wyjaśniamy, że tej wielkości płachty ratownicze, które chcielibyśmy zaproponować, stanowią standardowe wyposażenie ambulansów systemowych. Płachty o większych gabarytach i obciążeniach są trudne do użycia w warunkach pracy ambulansu, zwłaszcza przy dwu, trzy osobowej załodze, tym bardziej, że pozostałe produkty przeznaczone do transportu pacjenta opisane w SIWZ, nie mają określonego maksymalnego obciążenia, a obecnie na rynku (poza deską ortopedyczną) nie ma ani noszy reanimacyjnych i materaca próżniowego, które umożliwią transport tak ciężkiego pacjenta.</i>	Tak. Zamawiający dopuszcza.
35.	Dotyczy Pozostałe wyposażenie medyczne: Materac podciśnieniowy: W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści materac próżniowy o wymiarach 197x97 cm, wyposażony w pompkę jednokierunkową umożliwiającą odsysanie powietrza z materaca – wyrównanie ciśnienia następuje automatycznie po otwarciu zaworu, bez odpinanej podłogi (wzmacniana mocowana na stałe), waga ok 6 kg, materac spełnia pozostałe wymogi SIWZ?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
36.	Dotyczy Pozostałe wyposażenie medyczne: Ssak: W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści torbę do ssaka w kolorze szarym z odblaskowymi taśmami?	Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje iż termin składania ofert pozostaje bez zmian to jest:

Termin składania ofert: 08.05.2020 godz. 10:00  
Termin otwarcia ofert: 08.05.2020 godz. 11:00

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Katowicach  
im. sierżanta Grzegorza Załogi  
dr n. med. Piotr Grażda

