



**Wykonawcy**

**ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na  
„Dostawa odczynników, szybkich testów diagnostycznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego”**

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019 poz.1843) w poniższej tabeli udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
Zestaw 1		
1.	Czy Zamawiający dopuści paski testowe o czułości 15 mg/dl dla białka oraz 50 mg/dl dla glukozy?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
2.	Czy Zamawiający dopuści mocz kontrolny normalny i patologiczny w fiolce dozującej max 25 ml, z odpowiednim przeliczeniem ilości, bez możliwości mrożenia?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
3.	Czy Zamawiający dopuści automatyczny czytnik pasków o wydajności 225 ozn/godz. oraz pamięci 2500 wyników?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
4.	Czy Zamawiający dopuści aparat w którym kalibracja dokonywana jest podczas instalacji a przy uruchomieniu należy przy użyciu specjalnego paska sprawdzić poprawność działania aparatu?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
5.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie czytnika z oprogramowaniem w języku angielskim?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
6.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie formularza cenowego i wycenę dodatkowych odczynników i materiałów zużywalnych do aparatu niezbędnych do wykonania badań?	Tak. Zamawiający wyraża zgodę

Zamawiający informuje iż termin składania ofert pozostaje bez zmian.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Katowicach  
im. sierżanta Grzegorza Załogi  
dr n. med. Piotr Grażda