



Nr ref 26/PNP/SW/2020

Katowice dnia, 2020-10-28

## Wykonawcy

### ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odczynników z podziałem na części”

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019 poz.1843) w poniższej tabeli udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
Zestaw 1		
1.	ZADANIE 2 Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści probówkę o pojemności 1,5ml? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.	Tak. Zamawiający dopuszcza.
2.	ZADANIE 2 Poz. 10 Czy Zamawiający dopuści probówkę o pojemności 2ml? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.	Tak. Zamawiający dopuszcza.
3.	ZADANIE 2 Poz. 12 Czy Zamawiający dopuści probówkę na 120ul krwi? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.	Tak. Zamawiający dopuszcza.
Zestaw 2		
4.	Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Część 1 – Dostawa próbek do analizy parazytologicznej Zapytanie: Czy Zamawiający wymaga próbek do analizy parazytologicznej kału stanowiących spójny, kompletny, jednorazowy system składający się z łopatkki do pobierania próbki kału, probówki osadowej dostosowanej do rotorów wirówek na 15 ml, fabrycznie wypełnionej bezpiecznym utrwalcaczem (bez formaliny, alkoholu oraz jonów metali ciężkich) w objętości max 4.00 ml, zapewniający konserwację materiału do 7 dni w temperaturze lodówki? Probówki fabrycznie napełnione szklanymi kuleczkami, ułatwiającymi dokładną homogenizację próbki, zawierające dwa poziome filtry o średnicy porów 400 i 250 µm, zapewniające prawidłowe odfiltrowanie niestrawionych resztek pokarmowych. Do zestawu dołączona jest drewniana szpatulka umożliwiająca pobranie materiału z głębokiego pojemnika.	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie próbek o których mowa w zapytaniu lecz ich nie wymaga..
Zestaw 3		
5.	Pytania dotyczące treści SIWZ: 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie dla pakietów 1, 2 minimalnego terminu dostawy wynoszącego 2 dni ? Jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest termin dostawy. Waga tego kryterium została przez Zamawiającego ustalona na 40 %. Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 1 dzień otrzyma 40 pkt., a wykonawca, który zaoferuje też bardzo krótki termin dostawy np. 2	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Katowicach  
im. Sierżanta Grzegorza Załogi

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	<p>dniowy - tylko 20 pkt. Tak dużej różnicy punktowej drugi wykonawca nie jest w stanie zrekompensować ceną.</p> <p>Jednodniowy termin dostawy mogą zaoferować wykonawcy, którzy za wszelką cenę, chcą uzyskać zamówienie publiczne i mimo świadomości tego, że nie są w stanie zagwarantować jednodniowego terminu dostawy, oferują go tylko po to, aby otrzymać przewagę punktową w kryterium oceny ofert.</p> <p>Zapewnienie jednodniowego terminu dostawy dostaw ciągłych, cyklicznych jest trudne do spełnienia. Wykonawca korzysta bowiem na ogół z usług firm przewozowych, które co prawda gwarantują dostawy następnego dnia roboczego po odbiorze towaru z magazynu wykonawcy, ale należy pamiętać, że aby towar mógł być wydany kurierowi, musi być wcześniej zarejestrowane zamówienie, wystawione dokumenty WZ, FV, spakowany towar. Jeśli zamówienie wpłynie do wykonawcy po godzinie 12.00, wykonawca przy realizowaniu kilkudziesięciu zamówień dziennie, nie będzie w stanie zawsze nadążyć z realizacją zamówienia w dniu, w którym ono wpłynęło.</p> <p>Dlatego też uważamy, że oferowanie jednodniowego terminu dostawy jest działaniem wykonawcy stanowiącym czynem nieuczciwej konkurencji. Za czyn nieuczciwej konkurencji KIO uznaje bowiem zachowania zmierzające do wygrania przetargu "za wszelką cenę" w postaci oferowania nierealnych warunków realizacji zamówienia. Jednoznacznie jest wskazane, że zaoferowanie warunków nierealnych, które nie są w warunkach rzeczywistych możliwe do spełnienia, godzi w dobre obyczaje i narusza zasadę uczciwej konkurencji.</p> <p>Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 5 lipca 2012 r., o sygnaturze KIO 1306/12: "Utрудnieniem dostępu do rynku może być każde nieuczciwe działanie innego przedsiębiorcy, które powoduje eliminowanie z wolnej gry rynkowej innych przedsiębiorców rzetelnie oferujących swoje towary czy usługi (...). W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, takie działania nakierowane by były na uzyskanie przedmiotowego zamówienia - zmierzały do wygrania za wszelką cenę przetargu prowadzonego przez zamawiającego, nawet jeśli w tym celu podano nierealny czas reakcji grupy interwencyjnej, co w istocie stanowiłoby zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami w działalności gospodarczej, godzące w zasady uczciwej konkurencji. Takim zachowaniem z całą pewnością jest oferowanie świadczenia w konkretnych warunkach niewykonalnego do spełnienia (...) po to tylko, by uzyskać zamówienie.</p> <p>Za ustaleniem minimalnego terminu dostawy 2 dni robocze, który jest terminem najbardziej realnym i bezpiecznym dla wykonawców mających siedzibę w różnych miejscach kraju, przemawia również fakt, że przedmiotem pakietu 1, 2 nie są produkty unikatowe, ratujące życie. Zamawiający używa ich stale i może planować wcześniej zapotrzebowanie, dlatego brak jest merytorycznego uzasadnienia, dla jednodniowego terminu dostawy.</p>	
6.	2. Prosimy o zmieszczenie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.	Zamawiający informuje iż na stronie BIP Zamawiającego zamieszcza wersję edytowalną wzorów dokumentów z Rozdziału II SIWZ. Jednocześnie informuje iż na Wykonawcę spada odpowiedzialność za jakiegokolwiek zmiany w treści wzorów niespójne z opublikowanymi pierwotnie oraz skorygowanymi poprzez oficjalne modyfikacje o których mowa w niniejszym piśmie.
7.	Pytania dotyczące projektu umowy: Dotyczy §3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto”	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Katowicach  
im. Sierżanta Grzegorza Załogi

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	<p>Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.</p>	
8.	<p>Pytania dotyczące projektu umowy: Dotyczy §5 Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że: 1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem, 2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności, 3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.</p>	<p>Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.</p>
9.	<p>Pytania dotyczące projektu umowy: Dotyczy § 8 ust. 1a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia dostawy partii przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust.6, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy? Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, zwłaszcza, że ustawodawca zlikwidował instytucję lichwy, jednak w takim przypadku Zamawiający ma obowiązek opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w placeniu za towar, w tym przypadku chodzi o kary w wysokości odsetek ustawowych. Wysokie kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie mieć wpływu, co nie oznacza, że nie ponosi odpowiedzialności. Można domniemywać, że Zamawiający wprowadzając wysokie kary zamierza zdopingować Wykonawcę do terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków, jednak jest wiele innych sposobów na zdyscyplinowanie Wykonawcy. Nie trzeba od razu wprowadzać tak wysokich kar. Ich celem nie może być wzbogacanie się z powodu nieterminowych dostaw. Naszym zdaniem, ewentualne zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez wprowadzanie wysokich kar umownych, jest błędnym poglądem, bo jeżeli dochodzi już z różnych przyczyn do opóźnienia w dostawie towaru, to przecież bez względu na wysokość kary, Zamawiający nagle nie otrzyma towaru. Kara sama w sobie nie stanowi panaceum na niebezpieczeństwo niedostarczenia towaru i wyrządzenia tym szkody Zamawiającemu. W związku z powyższym sugerujemy modyfikację zapisu par. 8 ust. 1a tak, aby wysokość kar za opóźnienie w spełnieniu zobowiązania była liczona nie od wartości całej umowy, ale od wartości niedostarczonego w terminie towaru. Liczenie kar od całej wartości umowy jest, bowiem niesprawiedliwe, gdyż wykonawca, który spóźnił się z dostawą o wartości np. 500 zł., będzie obciążony karą liczoną od wartości np. 50000 zł., a zatem niewspółmierną do przewinienia. To tak, jakby wykonawca liczył Zamawiającemu odsetki za nieterminowe płatności od wartości całej umowy, a nie od wartości nieuregulowanej w terminie faktury. Na taką sytuację Zamawiający nie wyraziłby zgody, dlatego więc Wykonawca ma być obciążany karami liczonymi od całej wartości umowy tj. od</p>	<p>Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.</p>



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Katowicach  
im. Sierżanta Grzegorza Załogi

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	wartości towarów dostarczonych w terminie + od towarów, na które jeszcze Zamawiający nie złożył zamówienia?	
10.	Pytania dotyczące asortymentu: Część 1 Czy Zamawiający dopuści probówki w opakowaniach 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek w opakowaniu po 40 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.
11.	Część 2 Dotyczy poz. 2 Czy Zamawiający dopuści probówki wymiarach 16*105mm?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
12.	Część 2 Dotyczy poz. 2 Czy Zamawiający dopuści probówki w opakowaniach 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek w opakowaniu po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.
13.	Część 2 Dotyczy poz. 3 Czy Zamawiający wymaga szkiełek z polem jedno- czy dwustronnym?	Zamawiający informuje iż wymaga szkiełka z polem jednostronnym
14.	Część 2 Dotyczy poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pipetki ze skalą skala co 0,5ml?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
15.	Część 2 Dotyczy poz. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki o poj. 1,5ml?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
16.	Część 2 Dotyczy poz. 10 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki o poj. 1,5ml z dnem stożkowym?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
17.	Część 2 Dotyczy poz. 10 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki o poj. 2ml z dnem soczewkowym (okrągłodenne)?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
18.	Część 2 Dotyczy poz. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na tworzywo PVC, przezroczyste?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
19.	Część 2 Dotyczy poz. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki do zliczania retikulocytów o poj. 120ul?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
20.	Część 2 Dotyczy poz. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowanie 100 szt.?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
21.	Część 2 Dotyczy poz. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki o pojemności użytkowej 120ml i całkowitej 140ml, wymiary 66x77mm?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
Zestaw 4		
22.	Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ - Część 5 „Dostawa odczynników kaset do analizatora gazometru ABL 90 PLUS” Z uwagi na fakt, że producent posiada w ofercie kasy sensorowe o różnej ilości testów tj. 100 testów/30 dni, 300 testów/30 dni, 600 testów/30 dni, 900 testów/30 dni, 1 200 testów/30 dni, prosimy o doprecyzowanie jakiej wielkości kaset sensorowych Zamawiający oczekuje.	Zamawiający informuje iż należy zaoferować kasy na 300 badań ważnej 30 dni.
Zestaw 5		
23.	Pytania do części nr 6: 1. Czy Zamawiający dopuści analizator wykorzystujący technologię kompensacji zabarwienia moczu na podstawie odchyień kolorów wszystkich pól reakcyjnych?	Tak. Zamawiający dopuszcza.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Katowicach  
im. Sierżanta Grzegorza Załogi

---

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
24.	Pytania do części nr 6: 2. Czy Zamawiający dopuści paski posiadające eliminację wpływu kwasu askorbinowego na pole glukozy oraz erytrocytów?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
Zestaw 6		
25.	Zadanie 3 poz. 5 Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 5 dopuści zaoferowanie szybkiego kasetkowego immunochematograficznego testu do wykrywania Giardia Lamblia?	Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kasetkowego immunochematograficznego testu do oznaczania Giardia Lamblia.

Zamawiający informuje iż termin składania ofert pozostaje bez zmian.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Katowicach  
im. Sierżanta Grzegorza Załogi  
*dr n. med. Piotr Grażda*

