



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
w KATOWICACH im. sierżanta Grzegorza Załogi**

Siedziba Zakładu: 40-052 Katowice ul. Głowackiego 10
tel. (032) 7827305 tel. centrala (032) 7827200 fax. (032) 7827300

Regon: 271241038 NIP: 634-23-09-181 email: zozmsw@zozmsw.katowice.pl Szpital i Przychodnia MSWiA w Katowicach: 40-052 Katowice ul. Głowackiego 10 tel. (032) 7827200

Kw. 1218 /2019

18.02.2019 r.

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
na Dzierżawę analizatorów immunochemicznych
z dostawą odczynników dla laboratorium
SP ZOZ MSWiA w Katowicach
Nr ref. 02/2019**

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” z późn. zm. uprzejmie informuję, iż skierowano do nas zapytania. W poniższej tabelce, przedstawiamy treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Lp.	Pytanie	Odpowiedzi
1.	zadanie nr 1 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testu do oznaczania TSH, który posiada normy dla dzieci, kobiet w ciąży oraz osób starszych?	Nie wymaga
2.	Czy Zamawiający dopuści analizator nie starszy niż 2013 po pełnym przeglądzie technicznym?	Tak dopuszcza
3.	Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ – umowa Par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?	Zgodnie z SIWZ.
4.	Par. 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?	Zgodnie z SIWZ
5.	Par. 5 ust. 2 bullet 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?	Zgodnie z SIWZ
6.	Par. 5 ust. 2 bullet 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?	Zgodnie z SIWZ
7.	Par. 5 ust. 2 bullet 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?	Zgodnie z SIWZ
8.	Par. 5 ust. 2 bullet 7 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy? Uzasadnienie: Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.	Zgodnie z SIWZ

Lp.	Pytanie	Odpowiedzi
9.	Par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?	Zgodnie z SIWZ
10.	Par. 6 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?	Zgodnie z SIWZ
11.	Par. 6 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę dodanie niniejszego zapisu: „Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”? zasadnienie: Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych). W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.	Zgodnie z SIWZ
12.	Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”	Zgodnie z SIWZ
13.	Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?	Zgodnie z SIWZ
14.	Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.? Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.	Zgodnie z SIWZ
15.	Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?	Zgodnie z SIWZ
16.	Par. 7 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu: "lub usunięcia awarii"? Uzasadnienie: Przedmiot zamówienia jest urządzeniem złożonym dlatego w większości przypadków wystąpienia awarii wymagana jest interwencja doświadczonego inżyniera autoryzowanego serwisu producenta. Dlatego, niedopuszczalne jest, aby inna osoba ingerowała samodzielnie, bez konsultacji z autoryzowanym serwisem w stan urządzenia, które uległo awarii, gdyż przez wzgląd na brak doświadczenia i wiedzy w zakresie kompleksowych usług serwisowych przedmiotu umowy jego działania mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia aparatury.	Zgodnie z SIWZ
17.	Dotyczy zadania nr 1.2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na czas reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze oraz odpowiednio zmodyfikuje zapisy SIWZ?	Zamawiający wyraża zgodę na czas serwisu do 48 h.
18.	Jeśli nie Czy Zamawiający wyraża zgodę na czas reakcji serwisu do 24 godzin w dni robocze oraz odpowiednio zmodyfikuje zapisy SIWZ?	Patrz pkt 17

Lp.	Pytanie	Odpowiedzi
19.	Czy dla parametrów: prokalcytonina, antyTPO, witamina D Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie programu zewnętrznej międzynarodowej kontroli RIQAS?	Wyraża zgodę.
20.	Czy ze względu na charakter badań w pakiecie nr 1.2 stanowiących głównie parametry z panelu badań pilnych /Troponina, D-Dimer, Prokalcytonina/ Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwisu zdalnego dla zaferowanego analizatora immunochemicznego, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów w oprogramowaniu, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania oraz udzielanie szybkiej pomocy technicznej (w SIWZ wymagany czas reakcji serwisu 24 h) i merytorycznej pracownikom laboratorium? W celu zainstalowania oprogramowania Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego.	Wyraża zgodę
21.	Jeżeli tak, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie umożliwienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego analizatora immunochemicznego w pakiecie nr 1.2: „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie VPN w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu , przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych” lub przedstawienie własnych wymagań Zamawiającego w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania w formie odrębnej umowy lub oświadczenia?	Wyraża zgodę
22.	Czy Zamawiający dopuści przedłużanie czasu instalacji analizatora w pakiecie nr 1.2 do 14 dni od daty podpisania umowy w przypadku, gdy w tym czasie zainstalowany będzie analizator zastępczy?	Tak dopuści.
23.	Czy Zamawiający dopuści zaferowanie analizatora nie starszego niż 2014 rok?	Zamawiający dopuści analizator z 2014 roku.
24.	Pytania do Umowy (zał. nr 3): §3 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Dostawy odczynników realizowane będą w oparciu o zamówienie składane pisemnie, faksem na nr Wykonawcy lub mailem na adres w ciągudni roboczych (pon.-pt) po złożeniu zamówienia”?	Zgodnie z SIWZ
25.	§3 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych?	Zgodnie z SIWZ
26.	§5 ust. 2 tiret 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy aparatu do 2 tygodni? Uzasadnienie: Z uwagi na fakt sprowadzania analizatorów z zagranicy bezpośrednio od producenta oraz skomplikowane procedury celne Wykonawca prosi o wydłużenie terminu dostawy. Wskazany przez Zamawiającego termin jest niemożliwy do dotrzymania.	Tak dopuści
27.	§5 ust. 2 tiret 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „utrzymania przedmiotu dzierżawy w stanie przydatnym do użytku zgodnego z przeznaczeniem poprzez zabezpieczenie serwisu w ciągu 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii”?	Zgodnie z SIWZ
28.	§5 ust. 3 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „serwis do 48 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia, łącznie z wymianą zużytych części”?	Zgodnie z SIWZ
29.	§7 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5% wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru	Zgodnie z SIWZ

Lp.	Pytanie	Odpowiedzi
30.	§7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wykonywał umowy w sposób należyty, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i żądania kary umownej w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy, o ile bezskutecznie upłyne termin wyznaczony przez Zamawiającego pisemnie do usunięcia nieprawidłowości w realizacji umowy.”?	Zgodnie z SIWZ
31.	§7 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Jeżeli Wykonawca opóźnia się z dostawą odczynników lub w przypadku awarii aparatu powyżej 72 h, Zamawiający może po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, mając na uwadze cel umowy, powierzyć wykonanie dostawy lub usunięcia awarii podmiotom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastępcze).”?	Zgodnie z SIWZ
32.	§1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie numeracji zawartej w §1?	Tak dopuszcza
33.	§4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie numeracji zawartej w §4?	Tak dopuszcza
34.	§5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie numeracji zawartej w §5?	Tak dopuszcza
35.	§8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie numeracji zawartej w §8?	Tak dopuszcza
36.	§9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie numeracji zawartej w §9?	Tak dopuszcza
37.	Dotyczy zadania nr 1.2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie formularza cenowego o kolumnę zawierającą numer katalogowy oferowanego produktu, w celu usprawnienia procesu realizacji umowy?	Tak wyraża zgodę.
38.	SIWZ 7.5.2. - 7.5.3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie: „Dokumentów potwierdzających, że oferowane wyroby medyczne posiadają odpowiednie wymagane przepisami deklaracje zgodności CE czyli oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi” Uzasadnienie : zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych Deklaracja zgodności WE jest dowodem na oznakowanie produktu znakiem CE.	Tak wyraża zgodę.
39.	SIWZ 11.3.3 Czy z Rozdziału 7 do oferty należy załączyć tylko oświadczenie z ppkt 7.1 a resztę odpowiednio na wezwanie ? Jeżeli nie to poproszę o doprecyzowanie.	Tak załączyć tylko oświadczenie z ppkt 7.1
40.	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę tylko tego pakietu na który składana jest oferta?	Tak wyraża zgodę
41.	Prosimy o potwierdzenie, że zapis „Automatyczne rozcieńczanie próbek przez analizator” dotyczy zdolności technicznej analizatora do wykonywania automatycznych rozcieńczeń próbek, a nie dotyczy możliwości automatycznego rozcieńczania próbek dla wszystkich testów wymienionych w formularzu asortymentowym. Oferowany analizator nie ma możliwości rozcieńczania testów jakościowych (HIV, HCV, HbsAg), testów do oznaczania wolnych hormonów tarczycy (FT3, FT4) oraz PSA, natomiast posiada możliwość rozcieńczania innych analitów, także tych, które nie zostały wymienione w formularzu.	Tak

Lp.	Pytanie	Odpowiedzi
42.	Prosimy o potwierdzenie, że do podanej ilości badań/oznaczeń należy doliczyć testy na kalibrację zgodnie z sugestiami w ulotkach odczynnikowych przy założeniu ciągłego przebywania odczynników na pokładzie analizatorów oraz testy na kontrolę zgodnie z zapisami SIWZ.	Zgodnie z SIWZ
43.	Prosimy o potwierdzenie, że kalkulując ofertę przetargową należy przyjąć ilość opakowań odczynników zgodnie z podanym w ulotce odczynnikowej sugerowanym terminem ich stabilności przy założeniu ciągłego przechowywania odczynników na pokładzie?	Zgodnie z SIWZ
44.	Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek „Pokrycie kosztów kontroli zewnątrzlaboratoryjnej SOWAMED w zakresie wyspecyfikowanych parametrów wg harmonogramu na okres 12 miesięcy” jeżeli Wykonawca pokryje koszty uczestnictwa w w/w kontroli 2 razy w roku co jest jednoznaczne z uzyskaniem przez Zamawiającego Certyfikatu Uczestnictwa?	Tak
45.	W związku z tym, iż szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora jest nierozłącznie związane z podłączeniem analizatora do LIS Zamawiającego czy Zamawiający zaakceptuje przeszkolenie personelu obsługującego w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia podpisania umowy?	Tak zamawiający akceptuje.
46.	<p style="text-align: center;">Pytania do umowy</p> <p>§3 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadamia Wykonawcę, który po rozpatrzeniu reklamacji dostarczy towar wolny od wad w terminie 3 dni roboczych. W przypadku braków ilościowych Zamawiający w terminie 7 dni od daty dostawy powiadomi Wykonawcę, który uzupełni dostawę o brakujący asortyment w ciągu 3 dni roboczych od zareklamowania dostawy.” Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację zapisu oraz zróżnicowanie terminów przeznaczonych na zgłaszanie reklamacji jakościowych i ilościowych. Przy pierwotnym brzmieniu zapisu Zamawiający miał prawo zgłosić braki ilościowe nawet po upływie kilku miesięcy od daty dostawy. W jaki sposób Zamawiający wyobraża sobie po 5 miesiącach od daty dostarczenia towaru możliwość zgłoszenia reklamacji ilościowej? Reklamacja taka winna być zgłaszana niezwłocznie. Proponujemy określenie terminu 7 dni – jest to termin realny i wystarczająco długi dla pracowników Zamawiającego na dokonanie oceny zgodności ilościowej.</p>	Zgodnie z SIWZ.
47.	§5 ust. 2 tiret 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy analizatora do 14 dni roboczych ?	
48.	§5 ust. 2 tiret 4 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „utrzymania przedmiotu dzierżawy w stanie przydatnym do użytku zgodnego z przeznaczeniem poprzez zabezpieczenie serwisu w ciągu 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii”?	Zgodnie z SIWZ.
49.	§5 ust. 3 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „ serwis do 48 godzin od chwili zgłoszenia, łącznie z wymianą zużytych części”?	Zgodnie z SIWZ.
50.	§7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „ W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wykonywał umowy w sposób należyty, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i żądania kary umownej w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części wartości umowy, o ile bezskutecznie upływie termin wyznaczony przez Zamawiającego pisemnie do usunięcia nieprawidłowości w realizacji umowy.”? Uzasadnienie: W przypadku odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.	Zgodnie z SIWZ.

Lp.	Pytanie	Odpowiedzi
51.	§10 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie pkt. 1 „Zamawiający wyraża zgodę na zmianę producenta lub w przypadku zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych i użytkowych, w takiej samej cenie”?	Zgodnie z SIWZ.
52.	zadanie nr 1 Zwracamy się z prośbą o podanie numeru i producenta kontroli zewnętrznej laboratoryjnej.	Producent kontroli Zewnętrznej laboratoryjnej SOWA MED. Numery sprawdzianów: 2300 czerwiec, listopad 2226 kwiecień, październik 5091 czerwiec, wrzesień 5094 czerwiec, wrzesień
53.	Zamawiający oświadcza, że zaszła omyłka pisarska w zadaniu 1.2. Mianowicie ilość D-dimerów winna wynosić 1000 a nie 3000.	

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert – określony w **Rozdziale 12 SIWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

który otrzymuje brzmienie:

Wskazanie miejsca i terminu składania oferty.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
im. Grzegorza Załogi w Katowicach,
ul. Kilińskiego 42, 40-052 KATOWICE
Dział Zamówień Publicznych
do dnia 26.02.2019r. do godziny 10:00

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi **dnia 26.02.2019r. o godz. 10:15**
w siedzibie Zamawiającego, tj.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
im. Grzegorza Załogi w Katowicach,
Dział Zamówień Publicznych
ul. Kilińskiego 42, 40-052 KATOWICE

W związku z powyższymi zmianami *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* prowadzącymi do zmiany treści *Ogłoszenia o zamówieniu* działając, na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1) *Prawa zamówień publicznych*, **ZAMAWIAJĄCY** przekazuje do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu **Nr 540032191-N-2019**; zamieszczonego w **dniu 19.02.2019 r.** w Biuletynie Zamówień Publicznych.

z poważaniem
Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Katowicach
dr n.med. Piotr Graza