



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI  
w KATOWICACH im. sierżanta Grzegorza Załogi**

Siedziba Zakładu: 40-052 Katowice ul. Głowackiego 10  
tel. (032) 7827305 tel. centrala (032) 7827200 fax. (032) 7827300

Regon: 271241038 NIP: 634-23-09-181 email: zozmsw@zozmsw.katowice.pl Szpital i Przychodnia MSWiA w Katowicach: 40-052 Katowice ul. Głowackiego 10 tel. (032) 7827200

08.04.2019 r.

**W y k o n a w c y**  
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego  
na : Dostawę zamkniętego systemu  
aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi dla SP ZOZ MSWiA  
w Katowicach nr ref. 05/2019

Szanowni Państwo,  
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” z późn. zm. uprzejmie informuję, iż skierowano do nas zapytania. W poniższej tabelce, przedstawiamy treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Lp.	Pytanie	Odpowiedzi
1.	dot. zapisów SIWZ rozdz. 4 pkt. 4.3 Prosimy o dostosowanie zapisu rozdz. 4 pkt. 4.3 dotyczącego ważności próbek do zapisu znajdującego się w pkt. 9 pod pakietem nr I (termin ważności min. 8 miesięcy od dnia dostawy). Ponadto prosimy dla poz. nr 2 pakietu nr I dopuszczenie terminu ważności min. 6 miesięcy od dnia dostawy. Termin ważności produktu zależy od odczynnika znajdującego się w probówko-strzykawkach. W przypadku probówko-strzykawek z poz. 2 (surowica z żelazem separującym) termin ważności wynosi min. 6 miesięcy od dnia dostawy. Taki zapis umożliwi uniknięcie nieporozumień związanych z terminem ważności preparatów, przy zachowaniu ich pełnych parametrów użytkowych.	Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Tak Zamawiający potwierdza ważność warunku uregulowanego w pkt. 9 pod Pakietem nr 1.
2.	dot. pakietu nr 1 poz. 15 Czy strzykawka do gazometrii ma posiadać fabrycznie nałożony filtr odpowietrzający?	TAK.
3.	dot. zapisów pod pakietem nr I poz. 12 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia czytnika OB. w formie bezpłatnego użyczenia na czas trwania umowy?	TAK.
4.	dot. zapisów SIWZ pkt. 7.6.2 Zamawiający wymaga dołączenia oświadczenia o posiadaniu dokumentów potwierdzających dopuszczenie oferowanej asortymenty do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r poz.211) według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.	Oświadczenie zawarte jest w 2 części załącznika nr 4.

Lp.	Pytanie	Odpowiedzi
5.	Niestety dołączony do SIWZ załącznik nr 4 stanowi oświadczenie, ale składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Brak jest natomiast wzoru oświadczenia o posiadaniu dokumentów potwierdzających dopuszczenie oferowanego asortymentu do obrotu. W związku z powyższym prosimy o stosowne wyjaśnienie.	Oświadczenie zawarte jest w 2 części załącznika nr 4.
6.	dot. zapisów SIWZ rozdz. 19 Zgodnie z zapisami rozdz. 19 przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części – PAKIETY i Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Prosimy o stosowne wyjaśnienia oraz potwierdzenie, że przedmiot zamówienia tj. system aspiracyjno-próżniowy ujęty jest w jednym, niepodzielnym pakiecie nr I.	System aspiracyjno-próżniowy ujęty jest w jednym, niepodzielnym pakiecie nr I.
7.	dot. zapisów Umowy par 2 ust. 4 Prosimy o modyfikację zapisów par. 2 ust. 4 na zapis następujący: „Dostawy (.....) koszt i ryzyko Wykonawcy przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto (..)” Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.	Zgodnie z siwz.
8.	dot. tabeli asortymentowo-cenowej pakietu nr I Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w tabeli asortymentowo-cenowej kolumny „Nr katalogowy oferowanego produktu”. Podanie numeru katalogowego pozwoli Zamawiającemu na weryfikację zgodności zaoferowanego przez Wykonawcę produktu z opisem przedmiotu zamówienia oraz pozwoli na uniknięcie ewentualnych nieporozumień na etapie realizacji zamówienia	TAK należy dodać wskazaną kolumnę.

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert – określony w Rozdziale 12 SIWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
który otrzymuje brzmienie:

Wskazanie miejsca i terminu składania oferty.  
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
im. Grzegorza Załogi w Katowicach,  
ul. Kilińskiego 42, 40-052 KATOWICE  
Dział Zamówień Publicznych  
do dnia 11.04. 2019r. do godziny 11:00

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.  
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.04.2019r. o godz. 11:15  
w siedzibie Zamawiającego, tj.  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
im. Grzegorza Załogi w Katowicach,  
Dział Zamówień Publicznych  
ul. Kilińskiego 42, 40-052 KATOWICE

W związku z powyższymi zmianami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzącymi do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu działając, na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1) Prawa zamówień publicznych, ZAMAWIAJĄCY przekazuje do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu Ogłoszenie nr 540067778-N-2019 z dnia 08-04-2019 r w Biuletynie Zamówień Publicznych.

z poważaniem  
Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Katowicach  
dr n.med. Piotr Grażda