



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI  
w KATOWICACH im. sierżanta Grzegorza Załogi**

Siedziba Zakładu: 40-052 Katowice ul. Głowackiego 10  
tel. (032) 7827305 tel. centrala (032) 7827200 fax. (032) 7827300

Regon: 271241038 NIP: 634-23-09-181 email: [zozmsw@zozmsw.katowice.pl](mailto:zozmsw@zozmsw.katowice.pl) Szpital i Przychodnia MSWiA w Katowicach: 40-052 Katowice ul. Głowackiego 10 tel. (032) 7827200

Kw. 2787 /2019


07.05.2019 r.

**W y k o n a w c y  
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego  
na Dostawę materiałów opatrunkowych  
oraz bielizny operacyjnej dla  
SP ZOZ MSWiA w Katowicach  
Nr ref. 10/2019**


**Szanowni Państwo,**


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” z późn. zm. uprzejmie informuję, iż skierowano do nas zapytania. W poniższej tabelce, przedstawiamy treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Lp.	Pytanie	Odpowiedzi
1.	<b>Część 1 poz. 10:</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra w rozmiarze 5x7,2cm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.	Dopuszcza, nie wymaga
2.	<b>Część 1 poz. 20, 31, 59:</b> Prosimy o wyłączenie pozycji do osobnej części, co pozwoli nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.	Nie wyraża zgody
3.	<b>Część 2 poz. 2:</b> Czy Można zaoferować serwetę na stolik Mayo o rozmiarze 80x145cm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.	Dopuszcza, nie wymaga
4.	<b>Część 2 poz. 3:</b> Czy można zaoferować serwetę operacyjną samoprzylepną, dwuwarstwową z otworem w centralnej części serwetki w rozmiarze 45cm x 75cm, otwór przylepny w rozmiarze 8cm?	Dopuszcza, nie wymaga

Lp.	Pytanie	Odpowiedzi																																
5.	<p><b>Część 2 poz. 5:</b></p> <p>Czy można zaoferować zestaw serwet uniwersalnych o składzie: serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm , 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 40 cm x 20 cm, taśma samoprzylepna o wymiarach 9 cm x 50 cm, wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, serweta wzmocniona na stół instrumentalny o wymiarach 150 cm x 190 cm.</p>	Dopuszcza, nie wymaga																																
6.	<p><b>Część 2 pozycja 6</b></p> <p>Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 62g/m2 z dodatkowymi łatami chłonnymi (3 warstwa) o gramaturze 63g/m2 w strefie krytycznej</p>  <table border="1" data-bbox="215 824 1098 1146"> <thead> <tr> <th>Skład</th> <th>Rozmiar</th> <th>Rozmiar dodatkowej łąty chłonnej w serwetach głównych</th> <th>Ilość sztuk w opakowaniu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Serweta na stół instrumentalium (owinięcie zestawu)</td> <td>190x150cm</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Serweta L2 (głowa) z łatą chłonną i przylepcem 5x60cm</td> <td>240x150cm</td> <td>37,5x70cm</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Serweta L2 (stopa) z łatą chłonną i przylepcem 5x60cm</td> <td>200x170cm</td> <td>37,5x70cm</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Serweta L2 (boki) z łatą chłonną i przylepcem 5x90cm</td> <td>90x75cm</td> <td>37,5x70cm</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Taśma medyczna mocująca z włókniny BP</td> <td>9x50cm</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Ręczniczki włókninowe 40G 4W</td> <td>10x20cm</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Pokrowiec na stolik Mayo</td> <td>145x80cm</td> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>oraz poza zestawem dołączona kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 2x21x35cm?</p>	Skład	Rozmiar	Rozmiar dodatkowej łąty chłonnej w serwetach głównych	Ilość sztuk w opakowaniu	Serweta na stół instrumentalium (owinięcie zestawu)	190x150cm		1	Serweta L2 (głowa) z łatą chłonną i przylepcem 5x60cm	240x150cm	37,5x70cm	1	Serweta L2 (stopa) z łatą chłonną i przylepcem 5x60cm	200x170cm	37,5x70cm	1	Serweta L2 (boki) z łatą chłonną i przylepcem 5x90cm	90x75cm	37,5x70cm	2	Taśma medyczna mocująca z włókniny BP	9x50cm		1	Ręczniczki włókninowe 40G 4W	10x20cm		2	Pokrowiec na stolik Mayo	145x80cm		1	Dopuszcza, nie wymaga
Skład	Rozmiar	Rozmiar dodatkowej łąty chłonnej w serwetach głównych	Ilość sztuk w opakowaniu																															
Serweta na stół instrumentalium (owinięcie zestawu)	190x150cm		1																															
Serweta L2 (głowa) z łatą chłonną i przylepcem 5x60cm	240x150cm	37,5x70cm	1																															
Serweta L2 (stopa) z łatą chłonną i przylepcem 5x60cm	200x170cm	37,5x70cm	1																															
Serweta L2 (boki) z łatą chłonną i przylepcem 5x90cm	90x75cm	37,5x70cm	2																															
Taśma medyczna mocująca z włókniny BP	9x50cm		1																															
Ręczniczki włókninowe 40G 4W	10x20cm		2																															
Pokrowiec na stolik Mayo	145x80cm		1																															
7.	<p><b>Część 2 poz. 6:</b></p> <p>Czy można zaoferować zestaw serwet uniwersalnych wzmocniony o składzie: serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 40 cm x 20 cm, taśma samoprzylepna o wymiarach 9 cm x 50 cm, wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, serweta wzmocniona na stół instrumentalny o wymiarach 150 cm x 190 cm. Obłożenie wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej na całej powierzchni serwety o gramaturze min. 73 g/m2?</p>	Dopuszcza, nie wymaga																																
8.	<p><b>Część 2 poz. 7:</b></p> <p>Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie serwety operacyjnej pakowanej pojedynczo z przeliczeniem zamawianych ilości?</p>	Tak																																
9.	<p><b>Część 2 Poz. 9</b></p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferować sterylne zestaw z serwetą operacyjną dwuwarstwową w rozmiarze 50cm x 60 cm? Reszta wymagań zgodnie z SIWZ.</p>	Dopuszcza, nie wymaga																																

Lp.	Pytanie	Odpowiedzi
10.	<b>Część poz. 10</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferować sterylny zestaw z serwetą operacyjną dwuwarstwową w rozmiarze 50cm x 60 cm? Reszta wymagań zgodnie z SIWZ.	Dopuszcza, nie wymaga
11.	<b>Część 2 poz. 11:</b> Czy można zaoferować serwetę o rozmiarze 45x75cm?	Tak
12.	<b>Część 2 poz. 13 i 14:</b> Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie czepka z włókniny polipropylenowej o gramaturze 17g/m2?	Dopuszcza, nie wymaga
13.	<b>Część 2 poz. 16:</b> Czy można zaoferować pokrowiec na kończynę w rozmiarze 75x120cm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.	Dopuszcza, nie wymaga
14.	<b>Pytanie nr 1 – dotyczy części 2 poz. 1:</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów zgodnych z opisem poniżej? Jednorazowy jałowy uniwersalny fartuch operacyjny, pełnobarierowy, wykonany z włókniny SMMMS, pięciowarstwowy, posiadający miękkie poliestrowe mankiety (min. 7cm) nie powodujące ucisku na skórę, podwójny szew na szerokich rękawach, zapewniających swobodę ruchów. Fartuch o gramaturze 35g/m2, przy szyi zapinany na rzep, w pasie wiązany na trok. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora. Odporność na przenikanie cieczy > 40cm H2O Odporność na rozerwanie na sucho 200kPa Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa IB – 2,9 W zestawie z 2 ręcznikami do osuszania rąk (owinięcie białym papierem krepowanym) lub bez. Każdy fartuch posiadający ręczniki do osuszania rąk (ręczniki 55g/m2) zawinięty jest w papier krepowy (serwetę) 60 cm x 60 cm Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych.	Zgodnie z SIWZ
15.	<b>Pytanie nr 2 – dotyczy części 2 poz. 2:</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik MAYO o wymiarze 78cm x 145cm?	Tak
16.	<b>Pytanie nr 3 – dotyczy części 2 poz. 3:</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50x60cm z otworem przylepnym o wymiarze 6x8cm?	Zgodnie z SIWZ

Lp.	Pytanie	Odpowiedzi
17.	<p><b>Pytanie nr 4 – dotyczy części 2 poz. 5:</b>  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w składzie jak niżej?  Zestaw uniwersalny z serwetą na stół Mayo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm</li> <li>• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),</li> <li>• 2 ręczniki do rąk</li> <li>• 2 przyklejane serwety 75 x 90 cm</li> <li>• 1 przyklejana serweta średnia 180 x 180 cm</li> <li>• 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm</li> <li>• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)</li> </ul> <p>Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety, które posiadają lepiące brzegi, zapewniają stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia bez włókien celulozy.</p> <p>Na opakowaniu minimum 4 repositionowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim. Opakowanie typu TYVEC/Folia. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.</p> 	Zgodnie z SIWZ

Lp.	Pytanie	Odpowiedzi
18.	<p><b>Pytanie nr 5 – dotyczy części 2 poz. 6:</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w składzie jak niżej?</p> <p><b>Zestaw uniwersalny wzmocniony z serwetą na stół Mayo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm</li> <li>• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),</li> <li>• 4 ręczniki do rąk</li> <li>• 2 przyklejane serwety 3-warstwowe na całą powierzchnię z dodatkową łąką chłonną 75 x 90 cm, łąka chłonna 15x50 cm</li> <li>• 1 przyklejana serweta średnia (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x180cm) z dodatkową łąką chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łąka chłonna 15x50 cm</li> <li>• 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x240cm)</li> <li>• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)</li> </ul> <p>Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy PN-EN 13795 1-3. Serwety, które posiadają lepiące brzegi, zapewniają stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia bez włókien celulozy. Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m<sup>2</sup> + gramatura w części chłonnej 85g/m<sup>2</sup>. Całkowita gramatura 140 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Materiał serwet głównych min. 3 warstwy PE+PP+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny (grubość folii 33µ) o min. gramaturze 75 g/m<sup>2</sup> w części podstawowej. Gramatura łąki chłonnej min. 80 g/m<sup>2</sup>. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H<sub>2</sub>O.</p> <p>Na opakowaniu minimum 4 repositionowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim.</p> <p>Opakowanie typu TYVEC/Folia. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.</p> 	Zgodnie z SIWZ

Lp.	Pytanie	Odpowiedzi
19.	<b>Pytanie nr 6 – dotyczy części 2 poz. 7:</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety jak w SIWZ pakowanej pojedynczo ( z odpowiednim przeliczeniem ilości)?	Dopuszcza, nie wymaga
20.	<b>Pytanie nr 7 – dotyczy części 2 poz. 8:</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety zgodnej z opisem SIWZ różniącej się jedynie posiadaniem elementu RTG miast nitki RTG. Przytaczany "element RTG" to nic innego, jak taśma poliestrowa wszyta w brzeg serwety, kontrastująca w promieniach RTG, koloru niebieskiego - zastępuje ona nitkę RTG, a jej zastosowanie jest coraz powszechniej stosowane na blokach operacyjnych.	Dopuszcza, nie wymaga
21.	<b>Pytanie nr 8 – dotyczy części 2 poz. 9,10, 13,14:</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz.9, 10, 13, 14 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi?	Nie wyraża zgody
22.	<b>Pytanie nr 9 – dotyczy części 2 poz. 16:</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę o wymiarze 32cm x 120cm pakowaną pojedynczo ( z odpowiednim przeliczeniem ilości)?	Zgodnie z SIWZ
23.	<b>Pytanie nr 10 – dotyczy części 2:</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje części 2? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie ofert większej liczbie Wykonawców co bezpośrednio przełoży się na korzystniejsze warunki zakupu dla Zamawiającego.	Nie
24.	<b>Pytanie nr 11 – dotyczy części 3 poz 3:</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylne go pokrowca na przewody w wymiarze 15cm x 250 cm?	Zgodnie z SIWZ
25.	<b>Pytanie nr 12 – dotyczy części 3 poz 4:</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie foliowej osłony na gumkę o średnicy 90cm?	Zgodnie z SIWZ
26.	<b>Pytanie nr 13 – dotyczy części 3:</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje części 3? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie ofert większej liczbie Wykonawców co bezpośrednio przełoży się na korzystniejsze warunki zakupu dla Zamawiającego	Zgodnie z SIWZ
27.	<b>Pakiet 1, poz. 10</b> Czy Zamawiający dopuści plaster o wymiarach 6cm x 7cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?	Dopuszcza, nie wymaga
28.	<b>Pakiet 1, poz. 11-12</b> Prosimy o doprecyzowanie jaką ilość sztuk w opakowaniu ma na myśli Zamawiający podając j.m. opakowanie?	2,5 cm x 9,14m=1000op 12szt 5 cm x 9,14m=500op 6szt
29.	<b>Pakiet 1, poz. 11</b> Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'12 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?	Tak
30.	<b>Pakiet 1, poz. 12</b> Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'6 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?	Tak
31.	<b>Pakiet 1, poz. 20-22</b> Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'500szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?	Tak
32.	<b>Pakiet 1, poz. 32</b> Czy Zamawiający dopuści wate opatrunkową bawełniano-wiskozową?	Tak

Lp.	Pytanie	Odpowiedzi
33.	<b>Pakiet 1, poz. 37</b> Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'20szt z przeliczeniem podanych ilości?	Dopuszcza, nie wymaga
34.	<b>Pakiet 1, poz. 48, 49</b> Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?	Dopuszcza, nie wymaga
35.	<b>Pakiet 1, poz. 57, 59</b> Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 57 i 59 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty najkorzystniejszej.	Nie wyraża zgody
36.	<b>Pakiet 1, poz. 58</b> Czy Zamawiający dopuści pielucho majtki konfekcjonowane w inny sposób niż podany w SIWZ z podaniem ceny zgodnie z j.m. za 1szt ze względu na różne konfekcjonowanie pieluch w zależności od rozmiaru, w celu łatwiejszego porównania ofert.	Dopuszcza, nie wymaga
37.	<b>Pakiet 2, poz. 3</b> Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?	Dopuszcza, nie wymaga
38.	<b>Pakiet 2, poz. 7</b> Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną sterylną pakowaną po 1szt zamiast po 2szt z przeliczeniem podanych ilości, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?	Dopuszcza, nie wymaga
39.	<b>Pakiet 2, poz. 9, 10</b> Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 9, 10 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty najkorzystniejszej.	Nie wyraża zgody
40.	<b>Pakiet 2, poz. 11</b> Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?	Dopuszcza, nie wymaga
41.	<b>Pakiet 3, poz. 1-2</b> Czy Zamawiający dopuści do wyceny plastry pakowane indywidualnie w opakowaniu zbiorczym a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?	Dopuszcza, nie wymaga
42.	<b>Pakiet 3, poz. 4</b> Czy Zamawiający dopuści osłonę 3 –częściową z folii polietylenowej na ramię C RTG: * część górna o wym. 100 cm x 160 cm o gramaturze 65 g/m <sup>2</sup> . Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu * część dolna o wym. 80 cm x 150 cm o gramaturze 65 g/m <sup>2</sup> . Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu * 2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm	Dopuszcza, nie wymaga

Lp.	Pytanie	Odpowiedzi
43.	<b>Pakiet 3, poz. 4</b> Czy Zamawiający dopuści osłonę typu "beret" na urządzenie z przezroczystej folii polietylenowej, o gramaturze 35 g/m <sup>2</sup> z gumką ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu o średnicy na płasko 50cm, gumka rozciągająca się do 85cm?	Dopuszcza, nie wymaga
44.	<b>Pakiet 3, poz. 4</b> Czy Zamawiający dopuści osłonę typu "beret" na urządzenie z przezroczystej folii polietylenowej, o gramaturze 35 g/m <sup>2</sup> z gumką ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu o średnicy na płasko 80cm, gumka rozciągająca się do 140cm?	Dopuszcza, nie wymaga
45.	<b>Pakiet 4, poz. 1</b> Czy Zamawiający dopuści fartuch tylko w kolorze zielonym?	Tak
46.	<b>Pakiet 4, poz. 1</b> Czy Zamawiający dopuści fartuch tylko w rozmiarze L i XL?	Tak
47.	<b>Pakiet 4, poz. 2</b> Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?	Tak
48.	<b>Pakiet 4, poz. 3</b> Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?	Tak
49.	<b>Pakiet 4, poz. 4</b> Czy Zamawiający dopuści prześcieradło tylko w kolorze zielonym?	Tak
50.	<b>Pakiet 4, poz. 5</b> Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli tylko w kolorze zielonym?	Tak
51.	<b>Pakiet 4, poz. 5</b> Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie: - poszwa : 210 cm x 160 cm - poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm - prześcieradło: 210 cm x 150 cm	Tak
52.	<b>Pakiet 4, poz. 6, 7</b> Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?	Tak
53.	<b>Pakiet 4, poz. 7</b> Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m <sup>2</sup> zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywiniecie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk.	Tak



Lp.	Pytanie	Odpowiedzi
54.	<b>Pakiet 4, poz. 8</b> Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rolce tylko w kolorze niebieskim?	Tak
55.	<b>Pakiet 4, poz. 9</b> Czy Zamawiający dopuści prześcieradło tylko w kolorze zielonym?	Tak
56.	<b>Pakiet 4, poz. 9</b> Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 25g/m2?	Nie
57.	<b>Pakiet 4, poz. 10</b> Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy przedni pakowany pojedynczo w woreczek foliowy, w zbiorczym opakowaniu a'100szt?	Tak
58.	<b>Pakiet 4, poz. 10</b> Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?	Tak
59.	<b>Pakiet 4, poz. 11</b> Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze zielonym?	Nie
60.	<b>Pakiet 4, poz. 11</b> Czy Zamawiający dopuści fartuch tylko w rozmiarze L i XL?	Tak
61.	<b>Pakiet 4, poz. 11</b> Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym gumką?	Tak
62.	<b>Pakiet 4, poz. 11</b> Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym L?	Nie
63.	<b>Pakiet 4, poz. 11</b> Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 11 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty najkorzystniejszej.	Nie
64.	Część 1, poz. 1-8,27-30,33-42,50-52 Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-8,27-30,33-42,50-52 z pakietu 1. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.	Nie wydzielamy pozycji

Lp.	Pytanie	Odpowiedzi
65.	<p>Część 1, poz. 27-30,50-52  Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?  Rozmiar 1 - 9mm x 10mm</p> <p>Rozmiar 2 – 13mm x 15mm</p> <p>Rozmiar 3 - 13mm x 15mm</p> <p>Rozmiar 4 - 13mm x 15mm</p> <p>Rozmiar 6 - 13mm x 15mm</p> <p>Rozmiar 8 - 13mm x 15mm</p> <p>Rozmiar 10 - 13mm x 15mm</p> <p>Rozmiar 14 - 13mm x 15mm</p>	Dopuszcza, nie wymaga
66.	<p>Część 1, poz. 27-30,50-52</p> <p>Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?</p> <p>Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku</p> <p>Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.</p> <p>Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.</p> <p>Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.</p> <p>Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.</p> <p>Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.</p> <p>Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.</p> <p>Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.</p>	Dopuszcza, nie wymaga
67.	<p>Część 1, poz. 27-30,50-52</p> <p>Czy Zamawiający oczekuje wycenę za opakowanie zawierające 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym i ma to na myśli podając w j.m. opakowanie?</p>	Zgodnie z SIWZ
68.	<p>Część 1, poz. 34,38,39,</p> <p>Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blisterze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?</p>	Zgodnie z SIWZ
69.	<p>Część 2, poz. 13-14</p> <p>Czy zamawiający wydzieli poz.13-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?</p>	Dopuszcza ,nie wymaga

Lp.	Pytanie	Odpowiedzi
70.	Część 2, poz. 13 Czy zamawiający dopuści czepek wykonany z jednowarstwowej włókniny polipropylenowej o gramaturze ok. 25 g/m2, pozostałe bez zmian?	Dopuszcza, nie wymaga
71.	Część 2, poz. 13-14 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	Zgodnie z SIWZ
72.	Część 2, poz. 14 Czy zamawiający dopuści czepek typu beret o gramaturze min. 16 g/m2?	Dopuszcza, nie wymaga
73.	Część 4, poz. 1 Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL?	Tak
74.	Część 4, poz. 1 Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 112 cm x 140 cm?	Nie
75.	Część 4, poz. 1 Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 120 cm x 145 cm?	Nie
76.	Część 4, poz. 1 Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	Tak
77.	Część 4, poz. 1 Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?	Nie
78.	Część 4, poz. 1 Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?	Dopuszcza, nie wymaga
79.	Część 4, poz. 2 Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	Tak
80.	Część 4, poz. 3,6,10 Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	Tak

Lp.	Pytanie	Odpowiedzi
81.	Część 4, poz.3 Czy zamawiający dopuści czepek o gramaturze ok. 16 g/m2?	Nie
82.	Część4, poz. 4 Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	Tak
83.	Część4, poz. 4 Czy zamawiający dopuści gramaturę prześcieradło ok. 25 g/m2?	Nie
84.	Część 4, poz. 5 Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/m2, w kolorze zielonym, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?	Nie
85.	Część4, poz. 10 Czy zamawiający dopuści przedniak pakowany po 100 szt. w opakowanie foliowe z perforacją, w formie dyspensera?	Tak
86.	Część 4, poz. 11 Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL?	Tak
87.	Część 4, poz. 11 Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 112 cm x 140 cm?	Nie
88.	Część 4, poz. 11 Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 120 cm x 145 cm?	Nie
89.	Część 4, poz. 11 Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	Tak
90.	Część 4, poz. 11 Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?	Nie
91.	Część 4, poz. 11 Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?	Dopuszcza, nie wymaga
92.	Część 4, poz. 8 Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 1 x warstwa bibuły o gramaturze 18 g/m2 i 1 x warstwa folii o grubości 0,015-0,017 mm, nieprzemakalny	Nie

Lp.	Pytanie	Odpowiedzi
93.	Część 4, poz. 7,9 Czy zamawiający wydzieli poz.7,9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?	Nie

**z poważaniem**

**Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Katowicach  
dr n.med. Piotr Graza**