



Katowice dn. 2019-10-16

Nr ref. 27/2019

Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego w postępowaniu pn:
„Dostawa środków dezynfekcyjnych i jednorazowego użytku”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018 poz.1986 z późn. zm.) w poniższej tabeli udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

| Ip | Pytanie | Odpowiedź |
|----|---|--|
| 1. | Pakiet nr 1, poz. 13 Czy za względu na fakt, że oczekiwany preparat posiada termin ważności 12 m-cy od daty produkcji Zamawiający wyrazi zgodę, aby w w/w pozycji preparat posiadał 6 miesięczny okres ważności od daty dostawy? | Zamawiający informuje, iż dopuszcza aby dostarczać preparat którego okres ważności wynosi minimum 10 miesięcy od daty dostawy. |
| 2. | Pakiet nr 2, poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu typu Spezial Olspray w op. 500 ml, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. Zaproponowana zmiana umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego zarówno pod względem jakościowym jak i cenowym. | Tak. Zamawiający dopuszcza. |
| 3. | Pakiet nr 2, poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu typu Neodisher IP Spray w op. 400 ml, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. Zaproponowana zmiana umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego zarówno pod względem jakościowym jak i cenowym. | Nie Zamawiający nie dopuszcza, ze względu na brak możliwości przeliczenia wymaganej ilości. |
| 4. | Pakiet nr 3, poz. 1 i 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycjach preparatu typu Surfanios Premium o potwierdzonym działaniu zgodnie z nowelizacją zbiorczej normy EN 14885 , która wprowadza nową normę EN 16615 obejmującą normy EN 13727 w zakresie działania na B i EN 13624 w zakresie działania na F, w stężeniu 0,25% w czasie 15 min. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. | Tak. Zamawiający dopuszcza. |
| 5. | Pakiet nr 3, poz. 6 Zgodnie z charakterystyką preparatu przedstawioną przez Zamawiającego w w/w pozycji w kolumnie pn. „zakres działania” omyłkowo podano błędne spektrum bójcze, które nie odnosi się do oczekiwanego preparatu. W związku z powyższym prosimy o podanie prawidłowego spektrum bójczego dla opisanego przez Zamawiającego w zakresie poz. 6 preparatu. | Zamawiający informuje iż dokonał modyfikacji zapisów o których mowa w zapytaniu. |
| 6. | Część 1 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści preparat barwiony do odkażania i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami, punkcjami i pobraniami krwi. Skład: 2-propanol, 1-propanol, 2-difenyloł, zawierający również nadtlenek wodoru bez. jodu, chlorheksydyny, Produkt barwiony wyłącznie barwnikami bardzo dobrze rozpuszczalnymi w wodzie. Spektrum działania: | Nie Zamawiający nie dopuszcza. |



| lp | Pytanie | Odpowiedź |
|-----|--|---|
| | B/ łącznie prątkami gruźlicy i MRSA/ F, V,(HBV,HIV, Herpes, Rota, Adeno). Produkt Lecznicy 1L ze spryskiwaczem. | |
| 7. | Część 1 poz. 8 Czy Zamawiający wymaga produktu, przy użyciu którego podczas zagrożeniu wirusem HBV należy przedłużyć czas działania do 2 min powtórnie spryskując skórę. | Zamawiający dopuszcza taki produkt. |
| 8. | Dotyczy Części 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 1-2 oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo. | Zamawiający informuje iż dokonuje modyfikacji postanowień SIWZ wraz z załącznikami uwzględniając treść zapytania |
| 9. | Dotyczy Części 2: Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny preparat wykazujące działanie w wymaganym spektrum w stężeniu 0,5% w 5 min., w opakowaniach 5L, z odpowiednim przeliczeniem ilości zapotrzebowania? | Tak. Zamawiający dopuszcza. |
| 10. | Dotyczy Części 2: Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści do oceny preparat w opakowaniach 400 ml, z odpowiednim przeliczeniem ilości zapotrzebowania? | Nie Zamawiający nie dopuszcza, ze względu na brak możliwości przeliczenia wymaganej ilości. |
| 11. | Dotyczy Części 3: Czy Zamawiający w poz. 1 i 2 dopuści do oceny preparat skuteczny wobec B (EN 13697, EN 13727), Tbc (M. terrae – EN 14348, EN 14563), F (C. albicans – EN 1275, EN 13624, EN 13697), V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Rota, Vaccinia) przy 0,25% w 5 min. z możliwością rozszerzenia właściwości bójczych o M. avium, A. Niger i Corona, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? | Tak. Zamawiający dopuszcza. |
| 12. | Dotyczy Części 3: Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny preparat z zawartością QAV, które odpowiada za lepsze właściwości myjące środka, wykazujący działanie w czasie 15 min., w opakowaniach 1kg, z odpowiednim przeliczeniem ilości? | Tak. Zamawiający dopuszcza. |
| 13. | Dotyczy Części 3: Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści do oceny preparat gotowy do użycia, w opakowaniach 0,75 L z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? | Tak. Zamawiający dopuszcza, jednocześnie modyfikując zapisy SIWZ |
| 14. | Dotyczy Części 3: Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści do oceny preparat, w opakowaniach 5 L z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Oferowany preparat wykazuje działanie sporobójcze już w 10 min. | Tak. Zamawiający zmuszony jest stwierdzić iż przedmiotowe pytanie dotyczy poz. 5 części 3 wobec czego modyfikuje zapisy SIWZ. |
| 15. | Dotyczy Części 3: Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści do oceny chusteczki na bazie etanolu i propanolu, przebadanych zgodnie z normą PN EN 14885, w opakowaniach po 150 szt., z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? | Tak. Zamawiający dopuszcza, jednocześnie modyfikując zapisy SIWZ |
| 16. | Dotyczy Części 3: Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści do oceny chusteczki skuteczne wobec B (w tym MRSA), Tbc (M. terrae i M. avium), F (C. albicans i A. niger), V (Polio, Adeno, Noro) w czasie 1 min., w opakowaniach po 150 szt., z odpowiednim | Tak. Zamawiający dopuszcza, jednocześnie modyfikując zapisy SIWZ |



| lp | Pytanie | Odpowiedź |
|-----|---|--|
| | przeliczeniem zapotrzebowania, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? | |
| 17. | Dotyczy Części 3: Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści preparat dezynfekujący w tabletkach w opakowaniach po 300 tabletek, z możliwością przeliczenia ilości? | Tak. Zamawiający dopuszcza, jednocześnie modyfikując zapisy SIWZ |
| 18. | Dotyczy Części 3: Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści preparat na bazie nadtlenu wodoru, w opakowaniach 0,75 L z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? | Tak. Zamawiający dopuszcza, jednocześnie modyfikując zapisy SIWZ |
| 19. | Dotyczy Części 3: Czy Zamawiający w poz. 10 dopuści preparat na bazie nadtlenu wodoru, w opakowaniach 0,75 L z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? | Tak. Zamawiający dopuszcza, jednocześnie modyfikując zapisy SIWZ |
| 20. | Dotyczy Części 3: Czy Zamawiający w poz. 10 dopuści do oceny preparat na bazie pochodnej biguanidyny, aminodiaminy i QAV, skuteczny wobec B, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota w czasie 5 min. oraz Tbc i Papowa? Oferowany preparat został przebadany wg normy PN EN 14885 bądź wytycznych DGHM lub RKI. | Tak. Zamawiający dopuszcza. |
| 21. | Dotyczy Części 3: Czy Zamawiający w poz. 12 dopuści do oceny suche chusteczki, spełniające wymagania SIWZ, w rozmiarze lub 16x39cm, w rolkach po 150 szt. chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania? | Tak. Zamawiający dopuszcza, jednocześnie modyfikując zapisy SIWZ |
| 22. | Dotyczy Części 3: Czy Zamawiający w poz. 13 dopuści do oceny preparat skuteczny wobec B (EN 13697, EN 13727), Tbc (M. terrae – EN 14348, EN 14563), F (C. albicans – EN 1275, EN 13624, EN 13697), V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Rota, Vaccinia) przy 0,25% w 5 min. z możliwością rozszerzenia właściwości bójczych o M. avium, A. Niger i Corona, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? | Tak. Zamawiający dopuszcza. |
| 23. | Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 3 poz. 6 i dopuści: Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)? lub Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)? lub Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |



| Ip | Pytanie | Odpowiedź |
|-----|---|--------------------------------------|
| | <p>bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)? W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.</p> | |
| 24. | <p>Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 3 poz. 7 i dopuści: Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)? lub Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)? lub Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)? W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.</p> | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| 25. | <p>Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkty z Części 3 poz. 11 i 12 i dopuści: Dystrybutor w postaci wiaderka wykonany z polipropylenu może być myty w zmywarce do naczyń w temp. do 60°C. Wyposażony w pokrywę z zamknięciem wielokrotnego użycia, które zapobiega wysychaniu chust. Oraz Wkład - suche włókninowe chusteczki nie pozostawiające włókien, wykonane z wysokiej jakości, nie pozostawiającego kłaczków materiału do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi o wymiarach 30cm x 34cm i gramaturze 70g/m2. Ilość w zwoju 100 sztuk. Chusty zarejestrowane jako wyrób medyczny. Do wszystkich chust dołączone tuby z chusteczkami do dezynfekcji wiaderka- możliwość dostarczenia tub z chusteczkami do dezynfekcji wiaderka w rozmiarze 12x18 pakowanych po 200szt. lub po 150szt. i w rozmiarze 17x11 pakowanych po 100szt.- Proszę podać sposób przeliczenia chusteczek do dezynfekcji wiaderka. lub Dystrybutor w postaci wiaderka wykonany z polipropylenu może być myty w zmywarce do naczyń w temp. do 60°C. Wyposażony w pokrywę z zamknięciem wielokrotnego użycia,</p> | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |



| lp | Pytanie | Odpowiedź |
|-----|--|---|
| | które zapobiega wysychaniu chust. Oraz Wkład - suche włókninowe chusteczki nie pozostawiające włókien, wykonane z wysokiej jakości, nie pozostawiającego klaczków materiału do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi o wymiarach 18cm x 25cm i gramaturze 70g/m ² . Ilość w zwoju 300 sztuk. Chusty zarejestrowane jako wyrób medyczny. Do wszystkich chust dołączone tuby z chusteczkami do dezynfekcji wiaderka- możliwość dostarczenia tub z chusteczkami do dezynfekcji wiaderka w rozmiarze 12x18 pakowanych po 200szt. lub po 150szt. i w rozmiarze 17x11 pakowanych po 100szt.- Proszę podać sposób przeliczenia chusteczek do dezynfekcji wiaderka. W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. | |
| 26. | Dotyczy Części 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 1 - 4 oraz utworzenie odrębnego pakietu? Obecne zestawienie pozycji w pakiecie 1 pozwoli na złożenie oferty tylko jednemu wykonawcy. Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo. | Tak. Zamawiający informuje iż dokonuje modyfikacji postanowień SIWZ wraz z załącznikami uwzględniając treść zapytania |
| 27. | Dotyczy Części 1: Poz. 1-4: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykazania działania w 15-20 sek. z uwagi na higieniczną dezynfekcję rąk wg normy EN 1500, która przewiduje czas wykonywania procedury w czasie 30 sek.? Określenie czasu poniżej wartości nie ma żadnego uzasadnienia prawnego i merytorycznego, a wręcz jest nieprawidłowe ponieważ norm nie można w dowolny sposób modyfikować (powyższa kwestia znalazła swoje uzasadnienie w Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej –UZP z 2012-12-13 sygn. KIO 2292/12). | Zamawiający informuje iż odstępuje od wymogu określonego w zapytaniu. |
| 28. | Dotyczy Części 1: Poz. 1-4: Czy Zamawiający dopuści preparat z zawartością etanolu do 70%, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? | Tak. Zamawiający dopuszcza. |
| 29. | Dotyczy Części 1: Poz. 1-4: Czy Zamawiający dopuści preparat w płynie, spełniający wymagania SIWZ, zawierający substancje pielęgnujące typu kwas mlekowy i makroglicerolu kokosan poprawiający elastyczność i jędrność skóry? | Tak. Zamawiający dopuszcza. |
| 30. | Dotyczy Części 1: Poz. 1-4: Czy Zamawiający dopuści preparat, spełniający wymagania SIWZ, zawierający substancje pielęgnujące typu gliceryna, kwasy tłuszczowe i estry polietylenowe? | Tak. Zamawiający dopuszcza. |
| 31. | Dotyczy Części 1: Poz. 3: Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniach 75ml, z odpowiednim przeliczeniem ilości? | Tak. Zamawiający dopuszcza, jednocześnie modyfikując zapisy SIWZ |
| 32. | Dotyczy Części 1: Poz. 4: Czy Zamawiający dopuści do oceny, na zasadzie oferty równoważnej, system zamknięty w workach o pojemności 700 ml, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Jednocześnie wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia wymaganej ilości dozowników łokciowych kompatybilnych z powyższymi opakowaniami oraz zamontowania ich przez wyspecjalizowany serwis, bez | Tak. Zamawiający dopuszcza, jednocześnie modyfikując zapisy SIWZ |



| lp | Pytanie | Odpowiedź |
|----|---|-----------|
| | angażowania personelu szpitalnego, w dogodnym dla zamawiającego terminie. | |

Zamawiający informuje iż zmodyfikowane dokumenty o których mowa w niniejszym piśmie dostępne są na stornie www.zozmswia.katowice.pl

Zamawiający informuje, iż ustala się następujące terminy składania i otwarcia ofert :

Termin składania ofert **21.10.2019** godz. **10:00**

Termin otwarcia ofert **21.10.2019** godz. **11:00**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje termin składania i otwarcia ofert :

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach
im. sierżanta Grzegorza Załogi
dr n. med. Piotr Grażda