



Nr ref. 39/2019

Katowice, 2020-01-08

**Wykonawcy**  
**ubiegający się o udzielenie zamówienia**  
**publicznego w postępowaniu pn:**  
**„Usługa sterylizacji narzędzi medycznych i bielizny szpitalnej”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019 poz.1843) w poniższej tabeli udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

lp	Pytanie	Odpowiedź
1.	<p>W zał. 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia w pkt. 18 Zamawiający zapisał że: Czas obróbki technologicznej liczony od chwili przekazania brudnego materiału do odbioru materiału sterylnego nie powinien być dłuższy niż 24 godziny dla sterylizacji parą wodną oraz 36 godziny w sterylizacji tlenkiem etylenu. Prosimy o informację, czy możliwy będzie odbiór brudnego materiału około godz. 17-tej, a dostawa sterylnego materiału do 24 godzin?</p>	<p>Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt I 18) załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia który otrzymuje brzmienie: 18) Czas obróbki technologicznej liczony od chwili przekazania brudnego materiału do odbioru materiału sterylnego nie powinien być dłuższy niż 24 godziny dla sterylizacji parą wodną oraz sterylizacji plazmowej i 36 godziny w sterylizacji tlenkiem etylenu</p>
2.	<p>W zał. 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia w pkt. 19 Zamawiający zapisał że zastrzega sobie prawo (w przypadkach pilnych) przekazywania i odbioru materiałów do i ze sterylizacji poza ustaloną częstotliwością uzgadniając to z Wykonawcą telefonicznie. Prosimy o sprecyzowanie jak często Zamawiający będzie korzystał z prawa przypadków pilnych i w jakim czasie Wykonawca powinien wykonać usługę od momentu przekazania materiałów do sterylizacji?</p>	<p>Zamawiający informuje iż przypadki pilne będą występowały według potrzeb i będą ustalane indywidualnie.</p>
3.	<p>W zał. 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia w pkt 3 Zamawiający wymaga usługi mycia i dezynfekcji, przeglądu, pielęgnacji, konserwacji, kompletowania w zestawy zgodnie z wykazami dostarczonymi przez Zamawiającego, pakowania oraz znakowania w celu pełnej identyfikacji i sterylizacji sprzętu medycznego za pomocą tlenu etylenu a także za pomocą sterylizacji plazmowej (sterylizacja niskotemperaturowa). Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na sterylizację niskotemperaturową sprzętu medycznego tylko w sterylizatorze plazmowym w który wyposażona jest sterylizacja Wykonawcy?</p>	<p>Mając na uwadze oczekiwania pełnej skuteczności sterylizacji Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia poprzez dodanie pkt 3a i 3b) które otrzymują brzmienie: „3a) dopełnienia obowiązku dostosowania właściwej metody sterylizacji – o których mowa w pkt 2 i 3 – przekazanego przez Zamawiającego sprzętu i narzędzi 3b) poniesienia materialnej odpowiedzialności za uszkodzone lub zniszczone narzędzia lub sprzęt wynikającej z niedostosowania metody sterylizacji jak i innych czynników podczas procesu transportu, mycia, pakowania, itd.”</p>
4.	<p>Dot. Opisu przedmiotu zamówienia zał.1 do SIWZ rozdział. I pkt. 16: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na odbiorze niewysterylizowanych i dostawie wysterylizowanych rzeczy raz dziennie, od poniedziałku do soboty? Wykonawca gwarantuje, że asortyment niewysterylizowany odebrany jednego dnia od Zamawiającego, zostanie dostarczony następnego dnia wysterylizowany.</p>	<p>Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt I 16) załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia który otrzymuje brzmienie: „16) Usługi realizowane od poniedziałku do soboty poprzez przekazanie do sterylizacji w godz. 15:00-16:00 i przywóz ze sterylizacji dnia następnego w godz. 6:00-7:00.”</p>
5.	<p>Dot. Opisu przedmiotu zamówienia zał.1 do SIWZ rozdział. I pkt. 18: Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu realizacji sterylizacji</p>	<p>Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt I 18) załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu</p>



lp	Pytanie	Odpowiedź
	tlenkiem etylenu do 120h? Czy Zamawiający zgodzi się na realizację usługi sterylizacji w ciągu 24h dla sterylizacji plazmowej?	zamówienia który otrzymuje brzmienie: 18) Czas obróbki technologicznej liczony od chwili przekazania brudnego materiału do odbioru materiału sterylnego nie powinien być dłuższy niż 24 godziny dla sterylizacji parą wodną oraz sterylizacji plazmowej i 36 godzin w sterylizacji tlenkiem etylenu
6.	Pytania do projektu umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”? Zważywszy na doniesie i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
7.	Dot. Opisu przedmiotu zamówienia zał.1 do SIWZ rozdział. I pkt. 16: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na odbiorze niewysterylizowanych i dostawie wysterylizowanych rzeczy raz dziennie, od poniedziałku do soboty? Wykonawca gwarantuje, że asortyment niewysterylizowany odebrany jednego dnia od Zamawiającego, zostanie dostarczony następnego dnia wysterylizowany.	Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt I 16) załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia który otrzymuje brzmienie: „16) Usługi realizowane od poniedziałku do soboty poprzez przekazanie do sterylizacji w godz. 15:00-16:00 i przywóz ze sterylizacji dnia następnego w godz. 6:00-7:00.”
8.	Dot. Opisu przedmiotu zamówienia zał.1 do SIWZ rozdział. I pkt. 16: W razie braku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 prosimy o udostępnienie harmonogramu w jakich godzinach miałyby odbywać się odbieranie/ dostarczanie materiałów do sterylizacji/ wysterylizowanych?	Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt I 16) załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia który otrzymuje brzmienie: „16) Usługi realizowane od poniedziałku do soboty poprzez przekazanie do sterylizacji w godz. 15:00-16:00 i przywóz ze sterylizacji dnia następnego w godz. 6:00-7:00.”
9.	Dot. Opisu przedmiotu zamówienia zał.1 do SIWZ rozdział. I pkt. 18: Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu realizacji sterylizacji tlenkiem etylenu do 120h? Prośbę naszą kierujemy w związku z tym, że sterylizacja tlenkiem etylenu to proces złożony z kilku etapów, w tym procesu degazacji aby produkt po sterylizacji był bezpieczny do użytku. Czy Zamawiający zgodzi się na realizację usługi sterylizacji w ciągu 24h dla sterylizacji plazmowej?	Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt I 18) załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia który otrzymuje brzmienie: 18) Czas obróbki technologicznej liczony od chwili przekazania brudnego materiału do odbioru materiału sterylnego nie powinien być dłuższy niż 24 godziny dla sterylizacji parą wodną oraz sterylizacji plazmowej i 36 godzin w sterylizacji tlenkiem etylenu
10.		

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt II.1 1) załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia który otrzymuje brzmienie:

„1) Stosowania technologii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz. U. z 2019r poz.535).”

Zamawiający mając na uwadze udzielone odpowiedzi dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert: 15.01.2020 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 15.01.2020 godz. 11:00